

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๒๔-๔๘ชั่วโมง(holter) แบบตัวลูก จำนวน ๒ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวหิน		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน		
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนบาทถ้วน)		
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	๔.๑ ใช้ราคาตลาด โดยการสืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว จำนวน ๓ ราย ดังนี้		
	๑.) บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลยีส์ จำกัด		
	๒.) บริษัท เอพี.เฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		
	๓.) บริษัท บี เอส เอช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
๔.๒		
๔.๓		
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
๕.๑ นายปริญญา ทองเขื่อน	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
๕.๒ นางสุนารี รัตนพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
๕.๓ พันตำรวจโทหญิง สุพันธ์ ดีสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โทร/โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๓๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๓
ที่ ปช.๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์และราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๒๕๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ และราคา รายการเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (holter) แบบตัวลูก จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินรวม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อทดแทนเครื่องฯ เดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายชื่อกำหนดข้างท้าย ได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๒๕๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ราคาที่กำหนดสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง(holter) แบบตัวลูก จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินรวม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนบาทถ้วน) ไปได้พิจารณาจากการสืบราคาขายของผู้ขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว จำนวน ๓ ราย มีดังนี้

- ๑.) บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลยีส์ จำกัด
- ๒.) บริษัท เอพี.เฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ๓.) บริษัท บี เอส เอช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง(holter) แบบตัวลูก จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินรวม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สี่แสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... นายแพทย์ปฏิบัติกร ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ทองเขื่อน)

ลงชื่อ..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ..... พ.ต.ท.ณัฐ สุนทร กรรมการ
(พันตำรวจโทหญิง สุนทร ดีสมบัติ)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง (Holter) แบบตัวลูก


1. **ความต้องการ** เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง(holter) แบบตัวลูก จำนวน 2 เครื่อง
2. **คุณสมบัติทั่วไป**


เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 - 2.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบบันทึกและวิเคราะห์การเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง (BTL-Holter) 2 เครื่อง
 - 2.2 เครื่องวิเคราะห์และรายงานผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Computer Workstation) 1 เครื่อง
 - 2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (BTL CardioPoint) 1 โปรแกรม
 - 2.4 เครื่องพิมพ์รายงานผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Printer) 1 เครื่อง
 - 2.5 มีมาตรฐานการรับรองของ CE หรือดีกว่า
3. **คุณสมบัติเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบบันทึกและวิเคราะห์การเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง (BTL-Holter)**
 - 3.1 **คุณลักษณะทั่วไป**
 - 3.1.1 เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบบันทึกและวิเคราะห์การเต้นของหัวใจแบบพกพาได้ (BTL-Holter) พร้อมระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (BTL CardioPoint-Holter)
 - 3.1.2 สามารถใช้บันทึกและติดตามจังหวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบพกพาเป็นช่วงได้ตั้งแต่ 12, 24, 48 ชั่วโมง, 7 วัน หรือบันทึกแบบ Unlimit ได้
 - 3.2 **คุณสมบัติทางเทคนิค**
 - 3.2.1 เป็นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบดิจิทัล 24 บิต ชนิดพกพาติดตัวตลอดเวลา แสดงสัญญาณ ECG ผ่านจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และความละเอียดไม่น้อยกว่า 128x64 dots
 - 3.2.2 สามารถบันทึกต่อเนื่องกันโดยตลอดได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 12, 24, 48 ชั่วโมงและ 168 ชั่วโมง หรือ 7 วัน หรือบันทึกแบบ Unlimit ได้
 - 3.2.3 สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ 3,7 Channels โดยใช้สาย Electrode 5 เส้น และ 12 Channels ด้วยสาย Electrode 10 เส้น
 - 3.2.4 มีระบบตรวจสอบสัญญาณของสาย และแสดงที่หน้าจอได้
 - 3.2.5 สามารถตรวจจับบันทึกสัญญาณจาก Pacemaker ได้ที่ 100 μ s / 40000 Hz
 - 3.2.6 เก็บข้อมูลด้วยหน่วยความจำ SD card และเชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์ (Computer Workstation) ด้วย USB หรือแบบไร้สายได้ (Wireless)
 - 3.2.7 มีไมโครโฟนในตัวเครื่องที่สามารถบันทึกเสียงลงในหน่วยความจำระหว่างบันทึกข้อมูลได้
 - 3.2.8 ใช้แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AA
 - 3.2.9 ช่วงตอบสนองสัญญาณได้ในช่วงความถี่ ตั้งแต่ 0.049 - 220 Hz.
 - 3.2.10 Sampling Frequency ความถี่คุณภาพสูงถึง 2,000 Hz/Channel

/ 4. ...

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ทองเขื่อน)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธ์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(พันตำรวจโทหญิงสุพันธ์ ดีสมบัติ)

4. คุณสมบัติเครื่องวิเคราะห์และรายงานผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Computer Workstation)

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

- 4.1.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one เป็นโปรแกรม Windows 8 ขึ้นไป
- 4.1.2 มีจอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว แบบ Touch Screen

5. คุณสมบัติโปรแกรมวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (BTL CardioPoint-Holter)

5.1 คุณลักษณะทั่วไป

- 5.1.1 โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป
- 5.1.2 หน้าต่างของการแสดงผล เมนู และตารางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ แก้ไขได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- 5.1.3 โปรแกรมสามารถใช้งานร่วมกันเป็นส่วนเดียวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ของ Cardiology platform เช่น ECG, Stress test, Ambulatory Blood Pressure และ Spirometryได้ (Option)


5.2 คุณสมบัติทางเทคนิค


- 5.2.1 สามารถแสดงลักษณะและการเต้นของหัวใจ และจัดกลุ่มของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เกิดขึ้นได้ (Multilevel Templates) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้สูงสุด 168 ชั่วโมง หรือ 7 วัน โดยการจัดกลุ่ม
- 5.2.2 สามารถสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ค่าที่ใช้ในการอ่านผลได้ (Summary) เช่น Histograme, Trend HR, Value events (Heart Rate, Pauses, Atrial Fibrillation / Flutter, Bradycardia, ST, Ventricular Ectopy, Supraventricular Ectopy), Time events (V Couplets, V Bigeminy), และสามารถเลือกดูเฉพาะช่วงเวลาที่น่าสนใจได้ (Events)
- 5.2.3 สามารถวิเคราะห์และแสดง ภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmias) ได้
- 5.2.4 สามารถวัด ST, QT, PQ Analysis, HRV ได้
- 5.2.5 มีฟังก์ชัน Relief และ Waterfall เพื่อใช้ในการอ่านผลได้สะดวกมากขึ้นโดยการจัดเรียงคลื่นไฟฟ้าให้มีลักษณะซ้อนกัน
- 5.2.6 มีความสามารถจัดการกับคลื่นเสียงรบกวน (Noise) และมีฟังก์ชันตรวจจับ Pacemaker detection ได้
- 5.2.7 สามารถจัดทำรายงาน และสรุปผลวิเคราะห์เป็นรายงานที่สมบูรณ์ได้ (Medical Report)


6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Standard accessories) ประกอบด้วย

- 6.1 กระเป๋าใส่เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Holter Suitcase) จำนวน 1 ใบ/เครื่อง
- 6.2 ข่องใส่เครื่องเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Protective casing) จำนวน 1 ใบ/เครื่อง
- 6.3 สาย ECG ชนิด 5 ลีด หรือ 10 ลีด (BTL-Holter 5/10 cables) จำนวน 1 ชุด/เครื่อง
- 6.4 การ์ดความจำ SD Card ความจุไม่น้อยกว่า 2 GB จำนวน 2 ชิ้น/เครื่อง
- 6.5 แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AA จำนวน 50 ก้อน/เครื่อง
- 6.6 แผ่นโปรแกรมติดตั้ง จำนวน 1 แผ่น/2 เครื่อง

/ 7. ...


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ทองเขื่อน)


ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธ์)


ลงชื่อ.....  กรรมการ
(พันตำรวจโทหญิงสุพันธ์ ดีสมบัติ)

7. เงื่อนไขเฉพาะ

- 7.1 เป็นผลิตภัณฑ์ในทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- 7.2 เป็นเครื่องใหม่ ไม่ใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- 7.3 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม
- 7.4 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี พร้อมติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก 6 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าก่อน หากพบว่ามีความผิดปกติต้องรีบแก้ไขทันที
- 7.5 ผู้ขายยินดีบริการ update software กรณีที่มีการพัฒนา software จากผู้ผลิตให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 7.6 ผู้ขายมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์จนสามารถใช้งานเครื่องได้
- 7.7 ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการในวันเสนอราคา
- 7.8 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย
- 7.9 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองและสนับสนุนอะไหล่และข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 7.10 ในกรณีที่เครื่องฯ เสีย เมื่อได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล/หน่วยงาน ผู้ขายจะจัดส่งช่างมาดูแลภายใน 7 วัน และหากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ ทางผู้ขายจะต้องมีเครื่องฯ สำรองที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มาให้โรงพยาบาลใช้งาน และถ้าหากมีการซ่อมตั้งแต่ 2 ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานตามปกติ ผู้ขายยินดีเปลี่ยนเครื่องฯ ให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ทองเข่าอ่อน)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(พันตำรวจโทหญิงสุพันธ์ ดิสมบัติ)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง(holter) แบบตัวลูก จำนวน ๒ เครื่อง
ของโรงพยาบาลหัวหิน


ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ข้าพเจ้า นางสาววาสนา จังพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางรัตนา นาควรรณท์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นายปริญญา เขาทองอ่อน นายแพทย์ปฏิบัติการ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า พันตำรวจโทหญิง สุพันธ์ ดีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา จันทราภรณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)


ขอให้การรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส
สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ)..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวาสนา จังพานิช)

(ลงชื่อ)..........เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรัตนา นาควรรณท์)

(ลงชื่อ)..........นายแพทย์ปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นายปริญญา เขาทองอ่อน)

(ลงชื่อ)..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับ
(พันตำรวจโทหญิง สุพันธ์ ดีสมบัติ)

(ลงชื่อ)..........นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาวจันทิมา จันทราภรณ์)