

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์
ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ใช้ราคาตลาด โดยการสืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว จำนวน ๒ ราย
ดังนี้

๑.) บริษัท โซวิค จำกัด

๒.) บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด

๔.๒

.....

๔.๓

.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|---------------|
| ๕.๑ นางสาวอดิพร | ยังอยู่ดี | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสุนารี | รัตนพันธุ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.๓ นางสุจินตนา | ศุกระศร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และจะต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องปฏิบัติตามประกาศฯ

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 เม.ย. 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huahinhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๒-๒๔๐๕ และ ๐-๓๒๕๒-๓๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๘

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๒๖/๒๕๖๐

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงวันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องปฏิบัติตามประกาศฯ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลหัวหิน ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันนับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ / สำหรับ ...

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **18 มิ.ย. 2560** ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคา ใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณา ข้อเสนอว่ามีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ **25 มิ.ย. 2560** ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ(หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาเป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวางหลักประกัน การเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวางหลักประกัน การเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้ **หลักเกณฑ์ราคา** และจะพิจารณาจาก **ราคารวม**

๖.๒ หากผู้เสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ พิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอการรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการรายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ พิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคา กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัด รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ทำงาน

/ ในกรณี ...

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกรการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐ ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหินแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โทร/โทรสาร.๐-๓๒๕๒-๓๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๓
ที่..ปข.๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ.....วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐.....
เรื่อง ..รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์และราคา.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๖๓๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์และราคา รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อรองรับแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรืออุดตัน ณ โรงพยาบาลหัวหิน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายชื่อกำหนดได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๖๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ราคาที่กำหนดสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ได้พิจารณาจากราคาตลาด โดยการสืบราคาจากผู้ขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว ของบริษัทผู้ขาย จำนวน ๒ ราย มีดังนี้


๑.) บริษัท โซวิก จำกัด

๒.) บริษัท ออริจินเตอร์ จำกัด


(ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๒)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........นายแพทย์ชำนาญการ
(นางสาวอติพร ยังอยู่ดี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางสุนารี รัตนพันธ์)

กรรมการ

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางสุจินตนา สุกระสร)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โทร/โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๒๔๐๕
ที่ ปช.๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๖๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อรองรับแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรืออุดตัน ณ โรงพยาบาลหัวหิน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้าย ได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๖๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ได้กำหนดร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านบาทถ้วน) โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์และราคา รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ที่คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๖๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และโรงพยาบาลหัวหิน ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ หากไม่มีผู้วิจารณ์ จะได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. กำหนดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....นายแพทย์เชียวชาญ ประธานกรรมการ
(นางสาวศิระชา แซ่เนี้ยว)

ลงชื่อ.....พยาบาลวิชาชีพนานาญการ กรรมการ
(นางสาวปุกนิภา พาพะหม)

ลงชื่อ.....พยาบาลวิชาชีพนานาญการ กรรมการ
(นางสาวจุฬารัตน์ คำวันดี)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง


1. **ความต้องการ** เป็นเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1.1 เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.2 เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย (Bedside Monitor) จำนวน 6 เครื่อง


2. **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน** เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ, อัตราการหายใจ, วัดความดันโลหิตภายนอก(non-invasive Blood Pressure), ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่อง, พร้อมอุปกรณ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

3. **คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจรวมศูนย์ (Central Monitor)**
 - 3.1 จอภาพแสดงเป็นจอสี Flat Screen TFT Color ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 2 จอภาพ มีความชัดเจนในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,280 x 1,024 Pixels
 - 3.2 สามารถแสดงรูปคลื่นสัญญาณชีพพร้อมทั้งแสดงตัวเลขในขณะนั้น(real time) และสามารถปรับใน Sector ที่ต้องการให้แสดงข้อมูลตัวเลขใหญ่(Big number) ได้
 - 3.3 รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องข้างเตียงผู้ป่วยได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 6 เตียง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้รองรับเครื่องข้างเตียงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 เตียงเมื่อต้องการในอนาคต
 - 3.4 สามารถเรียกดู trend ชนิด graphic และ numeric รวมถึง ECG Waveform, NBP, Alarm ย้อนหลังจากได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน สามารถเก็บข้อมูลและเรียกดูข้อมูลหลังจากที่ผู้ป่วย Discharge ไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
 - 3.5 สามารถรองรับการส่งข้อมูลระบบ HL7 ได้
 - 3.6 สามารถแสดงสัญญาณเตือนเมื่อเกิดสัญญาณเตือนจากเครื่องข้างเตียง เช่น การเตือนจากความผิดปกติของสัญญาณชีพผู้ป่วย และการเตือนจากการเต้นผิดปกติของหัวใจ (Arrhythmia)
 - 3.7 สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนได้จากทั้งที่เครื่องศูนย์กลาง และเครื่องข้างเตียงผู้ป่วย
 - 3.8 สามารถหยุดการเตือนด้วยเครื่องข้างเตียงได้
 - 3.9 จอภาพสามารถแสดงเส้นแบ่งส่วนต่าง ๆ ของรูปคลื่นและตัวเลขในแต่ละเตียงได้
 - 3.10 มีสัญญาณเตือน (Alarm) ให้ทราบถึงความผิดปกติได้อย่างน้อย 3 ระดับ ทั้งเสียงและข้อความแสดงให้ทราบ
 - 3.11 สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องโดยใช้ Mouse และ Keyboard
 - 3.12 สามารถเลือกสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่านเครื่องพิมพ์ได้ เช่น Real time waveform และข้อมูลตัวเลข ,Trend data , ข้อมูล Alarm History

/3.13 ...

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางสาวอติพร ยังอยู่ดี)


ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)


ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุจินตนา ศุกระสร)


- 3.13 ชุดศูนย์กลางนี้ทำงานบน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows 7 หรือดีกว่า โดยมี Keyboard และ mouse ควบคุมการใช้งาน
- 3.14 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- 3.14.1 เครื่องพิมพ์รายงาน จำนวน 1 เครื่อง
- 3.14.2 เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง

4. คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย (Bedside Monitor)

- 4.1 สามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยแบบภายนอก และค่าอุณหภูมิในร่างกาย โดยค่าที่วัดได้จะต้องสามารถแสดงบนจอภาพได้พร้อมกันทั้งหมด
- 4.2 จอภาพสีขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว Resolution ไม่น้อยกว่า 1,280 active pixels/line x 800 active lines/frame
- 4.3 สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen)
- 4.4 สามารถแสดงรูปคลื่นได้พร้อมกันสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 รูปคลื่น และสามารถปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณของรูปคลื่นได้
- 4.5 สามารถเลือกปรับหน้าจอได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
- 4.5.1 สามารถแสดงตัวเลขใหญ่ขึ้นกว่าปกติได้ Large Number 4.5.2 สามารถแสดง Big number
- 4.5.3 สามารถแสดง 12 Lead ECG
- 4.6 สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง Adult, Pediatric และ Neonate
- 4.7 เป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐานและความปลอดภัย EN/IEC 60601-2-27, EN/IEC 80601-2-30 และ Degree of protection: Type CF defibrillator-proof: per EN/IEC 60601-1 และผ่านมาตรฐาน IPX1
- 4.8 เป็นเครื่องที่มีมาตรฐาน Mechanical vibration และ Mechanical shock ตาม ISO 9901/IEC 80601-2-61
- 4.9 เป็นเครื่องที่แสดงสัญญาณเตือน โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ได้อย่างน้อย 3 ระดับ (Alarm severity levels) ทั้งแสงและเสียง
- 4.10 เป็นเครื่องที่สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติ (Auto alarm limits) และแบบปรับตั้งค่าเองได้
- 4.11 สามารถเรียกข้อมูลค่า Vital Signs ต่าง ๆ เช่น ค่าความดันโลหิต ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด มาดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ
- 4.12 มีช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 อย่างน้อย 2 ช่อง เพื่อนำข้อมูลผู้ป่วยเข้าออกจากตัวเครื่อง หรืออัปเกรดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในอนาคต
- 4.13 เป็นเครื่องที่มีช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อกับระบบศูนย์กลางเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Central monitor) เมื่อมีการเพิ่มเติมระบบดังกล่าวในอนาคต
- 4.14 สามารถรองรับการเชื่อมต่อส่งข้อมูลกับระบบจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล (Hospital Informations System) ในรูปแบบ HL7
- 4.15 เป็นเครื่องที่มีโหมด Night mode เพื่อปรับลดความสว่างของหน้าจอพร้อมกับลดเสียงสัญญาณเตือนในช่วงกลางคืน ช่วยลดการรบกวนผู้ป่วยในเวลาพักผ่อน / 4.16 ...

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางสาวอติพร ยังอยู่ดี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุจินตนา ศุกระศร)

4.16 ภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG จำนวน 6 ชุด


- 4.16.3 สามารถวัดและแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้สายได้ทั้งแบบ 3 เส้น หรือ 5 เส้น
- 4.16.4 แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และแสดง ST map ได้
- 4.16.5 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตั้งแต่ 15 - 300 ครั้งต่อนาที
- 4.16.6 สามารถปรับขนาดรูปคลื่น (ECG size) ได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
- 4.16.7 สามารถปรับความเร็วในการกวาดสัญญาณ (Sweep speed) ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- 4.16.8 สามารถตั้งค่าระบบตรวจจับสัญญาณการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Pacemaker detection) พร้อมทั้งแสดงสถานะบนหน้าจอได้
- 4.16.9 สามารถปรับตั้งสัญญาณเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสูงต่ำได้
- 4.16.10 มีระบบตรวจจับและแสดงสถานะสายลิตหลุด
- 4.16.11 มีระบบ Arrhythmia analysis สามารถตรวจจับ Arrhythmia ได้ไม่น้อยกว่า 21 ชนิด (Arrhythmia Detection) อย่างน้อยดังต่อไปนี้ Asystole , Vfib/VTach หรือ Ventricular Fibrillation/Tachycardia , Extreme Brady, Extreme Tachy, Non-sustain VT , Vent Rhythm, Run PVCs High หรือ Run PVCs , Pair PVCs , R-on-T PVCs , Vent bigeminy, Vent trigeminy, PVCs High หรือ PVC Rate High, Multiform PVCs , Pacer Not Capture, Pacer Not Pacing , Pause , Missed Beat , SVT , Irregular HR , Afib หรือ Atrial Fibrillation
- 4.16.12 เป็นเครื่องมีค่า Common mode rejection ratio (CMRR) ไม่น้อยกว่า 86 dB
- 4.16.13 เป็นเครื่องมีค่า Input signal range ± 5 mV และค่า Single - ended input impedance $>2.5M\Omega$
- 4.16.14 เป็นเครื่องมีค่า Bandwidth ช่วง Filtered monitoring 0.67Hz ถึง 40Hz และช่วง Extended monitoring 0.05Hz ถึง 100Hz

4.17 ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration)

- 4.17.3 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Trans-thoracic impedance
- 4.17.4 สามารถวัดอัตราการหายใจได้อย่างน้อยตั้งแต่ 3 - 150 ครั้งต่อนาที โดยความละเอียด(Resolution) ที่ 1 ครั้งต่อนาที
- 4.17.5 สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดได้

4.18 ภาควัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) จำนวน 6 ชุด


- 4.18.1 สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยใช้เทคโนโลยีในการวัดแบบ FAST SpO₂ หรือ Philips SpO₂ สามารถวัดค่าได้ไม่น้อยกว่าตั้งแต่ 0 - 100% มีความเที่ยงตรงอยู่ในช่วง 70 - 100% ที่ไม่เกินกว่า $\pm 3\%$
- 4.18.2 สามารถแสดงค่า, รูปคลื่น, ค่าความไหลเวียนของโลหิต และบาร์กราฟ(Perfusion indicator value and bar) ได้
- 4.18.3 สามารถตั้งค่าความเร็วในการตรวจจับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- 4.18.4 สามารถวัดชีพจร ได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ครั้งต่อนาที
- 4.18.5 สามารถตั้งค่าหน่วงเวลาการเตือน(Alarm Delay) ได้ / 4.19...

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอติพร ยิ่งอยู่ดี)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นางสุจินตนา ศุกระศร)

4.19 ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก (NIBP) จำนวน 6 ชุด

- 4.19.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric ชนิดท่อลมเดี่ยว
- 4.19.2 สามารถวัดค่า Systolic, Diastolic และ Mean ได้
- 4.19.3 สามารถใช้งานได้ ทั้งแบบ Auto, Manual และ STAT โหมด
- 4.19.4 สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนหากค่าที่วัดได้สูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้

4.20 ภาควัดอุณหภูมิในร่างกาย (Temp) จำนวน 4 ชุด

- 4.20.1 สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้พร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
- 4.20.2 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้พร้อมกันทั้งสองตำแหน่ง
- 4.20.3 สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในช่วง 25 - 45 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า


4.21 ภาควัดความดันโลหิตแบบแทงเส้น (Invasive Blood Pressure) จำนวน 4 ชุด


- 4.21.1 สามารถวัดค่า Invasive Blood Pressure ได้ โดยแสดงผลเป็นตัวเลขและรูปคลื่น
- 4.21.2 สามารถวัดค่าความดันได้อย่างน้อยตั้งแต่ - 40 ถึง 360 มม.ปรอท หรือดีกว่า
- 4.21.3 สามารถวัดและระบุชื่อแหล่งสัญญาณคลื่นได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้ LAP , UAP, UVP , ART (Arterial blood pressure) , AO (Aortic pressure) , CVP (Central Venous pressure) , ICP (Intracranial Pressure) , PA หรือ PAP (Pulmonary artery pressure) ได้


5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|---------------------------|
| 5.1 สายเคเบิล 5 lead ECG lead Set | จำนวน 1 ชุด ต่อ เครื่อง |
| 5.2 Antimicrobial NBP Cuff 3 size | จำนวน 1 ชุด ต่อ เครื่อง |
| 5.3 NBP interconnect tubing | จำนวน 1 ชุด ต่อ เครื่อง |
| 5.4 Adult finger SpO ₂ Sensor | จำนวน 1 ชุด ต่อ เครื่อง |
| 5.5 สายต่อ Invasive Blood Pressure | จำนวน 4 ชุด ต่อ 6 เครื่อง |
| 5.6 Disposable Pressure Transducer for IBP | จำนวน 4 ชุด ต่อ 6 เครื่อง |
| 5.7 คู่มือการใช้งานฉบับย่อ สำหรับแขนติดที่ตัวเครื่อง | จำนวน 1 ชุด ต่อ เครื่อง |
| 5.8 Stand สำหรับวางเครื่องมือมีล้อสำหรับวางอุปกรณ์ (ผลิตภายในประเทศ) หรืออุปกรณ์สำหรับยึดติดฝาผนัง (ผลิตภายในประเทศ) | จำนวน 1 ชุด ต่อ เครื่อง |

/ 6. ...


ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางสาวติพร ยังอยู่ดี)


ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธ์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุจินตนา ศุกระศร)

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตทวีอเมริกา หรือทวีปยุโรปที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC60601-1, CE, UL หรือ ISO13485 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมายอก. หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
- 6.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (User Manual) อย่างละ 1 ชุด
- 6.3 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมตรวจเช็คเครื่องฯ ทุก ๆ 6 เดือน ในระยะเวลารับประกันผู้ขายยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นรวมทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการอื่นด้วย
- 6.4 กรณีเครื่องฯ มีปัญหา เมื่อทางโรงพยาบาลติดต่อไป ทางผู้ขายจะต้องติดต่อกลับมาอย่างช้าภายใน 24 ชั่วโมง และจะจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 3 วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน ทางผู้ขายยินดีนำเครื่องฯ สำรองมาให้ทางโรงพยาบาลใช้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ หากมีการซ่อมตั้งแต่ 2 ครั้งแล้ว เครื่องฯ ยังไม่สามารถใช้งานตามปกติ ผู้ขายยินดีเปลี่ยนเครื่องฯ ให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.5 ต้องเป็นเครื่องใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 6.6 ผู้ขายต้องฝึกสอนการใช้งานและการซ่อมบำรุงให้กับผู้ใช้และช่างของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้ถูกต้องก่อนส่งมอบเครื่อง
- 6.7 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง ทดสอบ สาธิต และทดลองปฏิบัติงานจนใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยช่างผู้ชำนาญ
- 6.8 เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ ที่มีความจำเป็นต้องสอบเทียบ ตามมาตรฐาน HA ผู้ขายจะต้องทำการสอบเทียบตามค่ามาตรฐานสากลของเครื่อง และมีเอกสารรับรองในวันส่งมอบเครื่องและในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องทำการสอบเทียบให้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 6.9 ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ให้ชัดเจนทุกรายการ
- 6.10 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย
- 6.11 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองและสนับสนุนอะไหล่และข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางสาวดิพร ยังอยู่ดี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุจินตนา ศุกระสร)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด


๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด
ของโรงพยาบาลหัวหิน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ข้าพเจ้า นางสาววาสนา จังพานิช | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) |
| ข้าพเจ้า นางรัตนา นาควรรณท์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | (เจ้าหน้าที่พัสดุ) |
| ข้าพเจ้า นางสาวอดิพร ยิ่งอยู่ดี | นายแพทย์ชำนาญการ | (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) |
| ข้าพเจ้า นางสาวปุณิกา พาพะหม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) |
| ข้าพเจ้า นางสาวสุปรียา สนิธิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) |

ขอให้การรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ)..... วาสนา..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาววาสนา จังพานิช)

(ลงชื่อ)..... รัตนา..... เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรัตนา นาควรรณท์)

(ลงชื่อ)..... อดิพร..... นายแพทย์ชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาวอดิพร ยิ่งอยู่ดี)

(ลงชื่อ)..... ปุณิกา..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาวปุณิกา พาพะหม)

(ลงชื่อ)..... สุปรียา..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาวสุปรียา สนิธิ)