

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผู้ป่วยสามไมโครเวสเดนเลสพร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลสและ
โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๗ ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๔,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๔๒,๐๐๐.๐๐บาท(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ใช้ราคาตลาด โดยการสืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว จำนวน ๒ ราย
ดังนี้

๑.) บริษัท วิคตอรี ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด

๒.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.ซี.นิคส์เฟอร์นิเจอร์

๔.๒

.....

๔.๓

.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวสุปรียา สนิธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นางสาววิไลวรรณ กิ่งไฉ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โทร/โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๓.
ที่ ปข ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์และราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โดยอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน)

ตามคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ และราคา รายการเตียงผู้ป่วยสามเกรราวสแตนเลสพร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลสและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๗ ชุด ราคาชุดละ ๔๒,๐๐๐.๐๐บาท วงเงินรวม ๒๙๔,๐๐๐.๐๐บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อใช้รองรับสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลหัวหิน โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้าย ได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้


๑. ราคาที่กำหนดสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผู้ป่วยสามเกรราวสแตนเลสพร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลสและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๗ ชุด ราคาชุดละ ๔๒,๐๐๐.๐๐บาท วงเงินรวม ๒๙๔,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไปได้พิจารณาจากการสืบราคาขายของผู้ขายครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว จำนวน ๒ ราย มีดังนี้


- ๑.) บริษัท วิคตอรี ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
- ๒.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.ซี. นิคส์เฟอร์นิเจอร์


(ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผู้ป่วยสามเกรราวสแตนเลสพร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลสและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๗ ชุด ราคาชุดละ ๔๒,๐๐๐.๐๐บาท วงเงินรวม ๒๙๔,๐๐๐.๐๐บาท(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางสาวสุปรียา สนธิ)

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ กิ่งไฉ่)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงผู้ป่วยสามเกรวสเดนเลสพร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลส และโต๊ะพร้อมเตียง

1. **ความต้องการ** เตียงผู้ป่วยสามเกรวสเดนเลส พร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลส และโต๊ะพร้อมเตียง จำนวน 7 ชุด

2. **คุณลักษณะทั่วไป**

2.1 **เตียงผู้ป่วยสามเกรวสเดนเลส มีคุณลักษณะดังนี้**

2.1.1 โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 หรือดีกว่า

2.1.2 พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำด้วยพลาสติกอย่างดี มีช่องระบายความอับชื้นของที่นอน และสามารถยกพื้นเตียงออกจากตัวเตียงได้ เพื่อสะดวกในการทำทำความสะอาดโครงเตียง

2.1.3 โครงพื้นเตียง ทำด้วยแป๊ปสแตนเลสทรงรี ขนาดไม่น้อยกว่า 2x2.5 ซม.หนา 1.2 มม.ดัดขึ้นรูปเพื่อรองรับพื้นเตียง พร้อมเสริมกระดูกกลาง จำนวน 2 เส้น (ตามแนวยาวตลอดพื้นเตียง ทั้ง 4 ตอน) ทำด้วยแป๊ปสแตนเลสทรงรี ขนาดไม่น้อยกว่า 2x2.5 ซม. หนา 1.2 มม.

2.1.4 พนักหัว-ท้ายเตียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x90x2 ซม.ทำด้วยไม้อัดบุโฟมกำหุ้มขอบด้วยสแตนเลสขัดเงาหรือดีกว่า ตัวพนักสามารถยกออกจากตัวเตียงได้

2.1.5 สามารถปรับท่าด้วยไคหมุน จำนวน 3 ไค และไคหมุนทำด้วยสแตนเลส หรือดีกว่า พร้อมฝักันฝุ่น ดังนี้

2.1.5.1 ปรับระดับต่ำสุด-สูงสุด 50-70 ซม.(ไม่รวมที่นอน)

2.1.5.2 ปรับท่านั่งไม่น้อยกว่า 75 องศา

2.1.5.3 ปรับท่างอเข้าไม่น้อยกว่า 45 องศา

2.1.5.4 มีราวกันเตียงชนิดยาวตลอดเตียงแบบสไลด์ มีขนาดยาว 182 ซม.มีขนาดสูง 38 ซม.(วัดจากพื้นเตียงถึงราวกัน) ทำด้วยแป๊ปสแตนเลสกลม โครงสร้างหลัก มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.


และโครงสร้างรอง มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.1 ซม.และขนาดไม่น้อยกว่า 1.9 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. จำนวน 1 คู่

2.1.6 ช่วงปลายเท้ายกขึ้นลงได้โดยมีแป๊ปสแตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. ค้ำไว้ 3 ระยะ


2.1.7 มีที่สำหรับแขวนถุงปัสสาวะข้างเตียง ทั้ง 2 ข้าง และมีที่เสียบเสาน้ำเกลือ 4 มุม ใส่ล้อยางสีเทาหมุนรอบตัว (ล้อต่างประเทศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ เป็นระบบล็อกได้ทั้งตะเกียบและลูกล้อ ก้านเบรกทำด้วยพลาสติกอย่างดี

ทนทาน และไม่บาดเท้าเวลาใช้งาน


/ 2.1.8 ...

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวสุปรียา สนธิ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววิไลวรรณ กิ่งไผ่)


- 2.1.8 ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90x200x50-70 ซม. (ความสูงไม่รวมที่นอน)
- 2.1.9 ที่นอนทำด้วยฟองน้ำอัดหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ปะหน้าด้วยฟองน้ำอย่างดี บน-ล่าง หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม ความหนารวมไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ที่นอนตัดเย็บอย่างดี ตัดมุมทั้ง 4 มุมและมีตะเข็บยาวด้านล่างด้านเดียวเพื่อลดโอกาสที่ปัสสาวะ หรือเลือดไหลจะไหลเข้าไปในตัวตะเข็บ ที่นอนติดซิปตามแนวยาวเพื่อความสะดวกในการถอดเปลี่ยน มีขนาดพอดีกับพื้นเตียง จำนวน 1 หลัง
- 2.1.10 มีเสาแขวนขวดน้ำเกลือ ชนิด 2 ตอน แบบ 4 ขอแขวน ขอแขวนทำด้วยลวดสเตนเลส หรือดีกว่า สามารถพับเก็บได้ ที่ยึดขอแขวนและลูกบิดทำด้วยพลาสติก พร้อมทั้งเก็บเสาแขวนขวดน้ำเกลือได้เตียง จำนวน 1 ต้น/เตียง


2.2 โต๊ะพร้อมเตียง มีคุณลักษณะดังนี้


- 2.2.1 โครงสร้าง ทำด้วยแผ่นสเตนเลส เกรด 304 หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- 2.2.2 หน้าโต๊ะ มีขนาดไม่น้อยกว่า 38x80x2 ซม. ทำด้วยไม้อัดปะหน้าด้วยแผ่นโฟมกำพร้อมหุ้มขอบด้วยคิ้วสเตนเลสขัดเงา หรือดีกว่า
- 2.2.3 หน้าโต๊ะแข็งแรง สามารถหมุนปรับระดับสูง-ต่ำได้ตั้งแต่ 80-120 ซม.และรับน้ำหนักได้ประมาณ 50 กก. โดยไม่เอียง โถงหมุนทำจากแผ่นสเตนเลสปั๊มขึ้นรูป มีด้ามจับพลาสติกแข็ง
- 2.2.4 ใส่ล้อยางสี่เทาหมุนรอบตัว ขนาด 5 ซม.(ล้อต่างประเทศ) หน้ายางกว้าง 2 เซนติเมตร กระทะล้อทำด้วยพลาสติกไม่เป็นสนิม จำนวน 4 ล้อ ปลายขาเว้าหลบลูกล้อในขณะหมุน

2.3 ตู้ข้างเตียงสเตนเลส มีคุณลักษณะดังนี้

- 2.3.1 ตัวตู้ทำด้วยสเตนเลสแผ่น เกรด 304 หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.ขัดผิว Hair Line
- 2.3.2 ด้านบนมีขอบสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม.จำนวน 3 ด้าน พับขอบหายคม โดยขอบเป็นเนื้อเดียวกับตัวตู้
- 2.3.3 มีลิ้นชักสเตนเลส 1 ลิ้นชัก รางลิ้นชักทำด้วยสเตนเลส หรือดีกว่า ตัวลิ้นชักสามารถดึงออกจากตัวตู้เพื่อสะดวกในการทำความสะดวก
- 2.3.4 มีประตูสเตนเลสเปิด-ปิด 1 บาน บานพับสเตนเลสเป็นแบบยาวตลอดแนว ประตูด้านหลังบานประตูเสริมกระดูกกลางทำด้วยแผ่นสเตนเลส หรือดีกว่า เพื่อเพิ่มความแข็งแรง / 2.3.5 ...

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวสุปรียา สนิธิ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ กิ่งไฉ)

2.3.5 ภายในตู้มีชั้นวางของสเตนเลส จำนวน 1 ชั้น

2.3.6 ใส่อ่างสี่เหลี่ยมรอบตัวขนาดไม่น้อยกว่า 5 ซม.(ล้อย่างประเทศ) หน้ายางกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม.

กระทะล้อพลาสติกไม่เป็นสนิม จำนวน 4 ล้อ

2.3.7 ตู้ข้างเตียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 38x46x75 ซม. (ความสูงวัดจากพื้นถึงหน้าโต๊ะ)


3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน


- | | | |
|-----|---|---------------|
| 3.1 | เตียง | จำนวน 7 เตียง |
| 3.2 | ที่นอน | จำนวน 7 อัน |
| 3.3 | ที่แขวนเสาน้ำเกลือชนิด 2 ตอน แบบ 4 ขอแขวน | จำนวน 7 ต้น |
| 3.4 | โต๊ะคร่อมเตียง | จำนวน 7 อัน |
| 3.5 | ตู้ข้างเตียงสเตนเลส | จำนวน 7 ตู้ |

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- 4.2 เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน ทดสอบ หรือสาธิตมาก่อน
- 4.3 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ 2 ปี พร้อมติดตั้งและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษา ทุก 6 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าก่อน หากพบว่ามีความผิดปกติต้องรีบแก้ไขทันที
- 4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ ในวันเสนอราคา
- 4.5 ในกรณีที่ครุภัณฑ์ ๑ ดังกล่าวเสีย เมื่อได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล/หน่วยงาน บริษัทฯ จะจัดส่งช่างมาดูแลภายใน 7 วันทำการ และหากต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัท ๑ ต้องนำสิ่งของนั้น มาให้สำรองใช้งาน และถ้าหากมีการซ่อมตั้งแต่ 2 ครั้งแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัท ๑ ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวสุปรียา สนิธิ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ กิ่งไฉ่)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายโสภณ เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงผู้ป่วยสามเกรราวสแตนเลสพร้อมตู้ข้างเตียงสแตนเลสและโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๗ ชุด
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ข้าพเจ้า นางสาววาสนา	จิ่งพานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางรัตนา	นาควรานนท์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวสุปรียา	สนธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาววิไลวรรณ	กิ่งไฉ่	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวชุตินา	สิงห์คาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)


ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ)..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวาสนา จิ่งพานิช)

(ลงชื่อ)..........เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรัตนา นาควรานนท์)

(ลงชื่อ)..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาวสุปรียา สนธิ)

(ลงชื่อ)..........พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาววิไลวรรณ กิ่งไฉ่)

(ลงชื่อ)..........พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจรับ
(นางสาวชุตินา สิงห์คาร)