

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่
จำนวน ๑ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๙๔๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... 18 พ.ค. 2562
เป็นเงิน ๑๒๒,๙๔๐.๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใช้ราคาตลาดโดยการสืบราคาจากท้องตลาด จากผู้จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
รายการ จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ
บริษัท เนฟโพรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริรุ่ง แซ่คู)

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
รายการ จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ความเป็นมา

ด้วยกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน มีความประสงค์จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Fresenius จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งปัจจุบันพบว่าเครื่องดังกล่าวชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเพื่อให้เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในใช้งานต้องทำการซ่อมโดยการเปลี่ยนอะไหล่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหัวหิน

๒.๒ เพื่อทดแทนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้

๒.๓ เพื่อบำรุงรักษาส่วนที่สึกหรอให้คงสภาพใช้งานได้ในระยะยาว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้าง

/๔ ...

ลงชื่อ.....ชณัทดา เหมือนท่าไม้.....ประธานกรรมการ

(นางสาวชณัทดา เหมือนท่าไม้)

๔. ขอบเขตของงาน

๑. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๐-๐๒๐๒/๙/๕๕

- RO-MEMBRANE TW๓๐ HP๔๖๑๑ จำนวน ๑ ชิ้น
(ไส้กรองน้ำระบบรีเวอร์ออสโมซิสสำหรับเครื่อง Aqua UNO)
- FILTER ๒๐" ๒๐ um (UNO)(ST๐๐๑๐๗) จำนวน ๑ ชิ้น
(ไส้กรองขนาด ๒๐ ไมครอน)
- FILTER (CARBON BLOCK) ๑๐" ๑๐ um (UNO)(ST๐๐๑๐๘) จำนวน ๑ ชิ้น
(ไส้กรองขนาด ๑๐ ไมครอน)
- FILTER (CARBON BLOCK) ๑๐" ๕ um (UNO)(ST๐๐๑๐๙) จำนวน ๑ ชิ้น
(ไส้กรองขนาด ๕ ไมครอน)
- FILTER ๑๐" ๑ um (UNO) (ST๐๐๑๑๐) จำนวน ๑ ชิ้น
(ไส้กรองขนาด ๑ ไมครอน)
- ACTIVATED CARBON ๑L/Bag จำนวน ๑ ชิ้น
(ดูดซับกลิ่น ตะกอนและสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ)
- ๑๕KB๘P๑๕๐XP /G ขนาด ๑.๕" เกลียวหลัง 0-10 Bar จำนวน ๑ ชิ้น
(เกจวัดแรงดันน้ำ ขนาด ๑.๕" เกลียวหลัง 0-10 Bar)
- PUMP ๑๓๓B ๐๘๐F๑๑ PROCON; SMALL OSMOSIS จำนวน ๑ ชิ้น
(โรตารีปั๊ม ๕๐ เฮริทซ์ สำหรับเครื่อง Aquar UNO)
- ๓" ล้อโพลียูรีเทนสกรูเบรก ๑/๒" PAREO VAL จำนวน ๑ ชิ้น
(ล้อโพลียูรีเทนสกรูเบรกขนาด ๓ นิ้ว)

/RO-MEMBRANC...

ลงชื่อ รชภัค ทวีวัฒน์ ประธานกรรมการ

(นางสาวชนัทดา เหมือนท่าไม้)

RO-MEMBRANE TW๓๐ HP๕๖๑๑

คุณลักษณะเฉพาะ

-ไส้กรองน้ำระบบรีเวอร์ออสโมซิสสำหรับเครื่อง Aqua UNO

FILTER ๒๐" ๒๐ um (UNO) (ST๐๐๑๐๗)

คุณลักษณะเฉพาะ

-เป็นตัวกรองน้ำอนุภาคที่มากับน้ำดิบขนาด ๒๐ ไมครอน

FILTER (CARBON BLOCK) ๑๐" ๑๐ um (UNO) (ST๐๐๑๐๘)

คุณลักษณะเฉพาะ

-เป็นตัวกรองน้ำอนุภาคที่มากับน้ำดิบไส้กรองขนาด ๑๐ ไมครอน

FILTER (CARBON BLOCK) ๑๐" ๕ um (UNO) (ST๐๐๑๐๙)

คุณลักษณะเฉพาะ

-เป็นตัวกรองน้ำอนุภาคที่มากับน้ำดิบไส้กรองขนาด ๕ ไมครอน

FILTER ๑๐" ๑ um (UNO) (ST๐๐๑๑๐)

คุณลักษณะเฉพาะ

-เป็นตัวกรองน้ำอนุภาคที่มากับน้ำดิบไส้กรองขนาด ๕ ไมครอน

ACTIVATED CARBON ๑L/Bag

คุณลักษณะเฉพาะ

-ดูดซับกลิ่น ตะกอนและสิ่งสกปรกที่มากับน้ำได้เป็นอย่างดี

๑๕KB๘P๑๕๐XP /G ขนาด ๑.๕" เกลียวหลัง0-10 Bar

คุณลักษณะเฉพาะ

-เกจวัดแรงดันน้ำ ขนาด ๑.๕" เกลียวหลัง0-10 Bar

/PUMP...

ลงชื่อ.....*รณดา อิ่มนันทน์*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวชนัทดา เหมือนท่าไม้)

